

API® 関連試薬 一覧表

使用キット	菌液濃度 (McF)	必要試薬 (関連試薬、推奨培地含む)									
		品番	統一商品コード	品名	包装単位	用途	使用必須	同等品使用可能 (サスペンションメディウム =滅菌精製水)	必要に応じて 使用	医薬用外劇物	推奨培地
API® 20 E	1 コロニー	20100	585201076	API® 20 E	25回	同定試薬	●				
		70402	585704027	TDA試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●			●	
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用		●			
		20150	585201502	サスペンションメディウム 5 ml	5mL×100	菌懸濁用		●			
		20230	585202301	0.85%滅菌生理食塩液 5 ml	5mL×100	菌懸濁用					
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	追加試験用添加試薬				●	
		70380	585703808	ZN試薬	10g×2本	追加試験用添加試薬				●	
		50110	585501107	アピ OFメディウム	10本	OF試験用				●	
		50120	585501206	アピ Mメディウム	10本	運動性試験用				●	
		43141	585431411	マッコンキー-寒天培地 (クリスタルバイオレット添加)	20枚	発育性試験用			●		
RAPID 20 E™	0.5	20701	585207016	RAPID 20 E™	25回	同定用試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用		●			
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●			
API® 10 S	1 コロニー	10100	585101079	API® 10 S	50回	同定試薬	●				
		70402	585704027	TDA試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用		●			
		20150	585201502	サスペンションメディウム 5 ml	5mL×100	菌懸濁用		●			
		20230	585202301	0.85%滅菌生理食塩液 5 ml	5mL×100	菌懸濁用					
API® 20 NE	0.5	20050	585200574	API® 20 NE	25回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70380	585703808	ZN試薬	10g×2本	添加試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用		●			
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●			
API® STAPH	0.5	20500	585205005	API® STAPH	25回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70494	585704942	ZYM A試薬	8mL×2	添加試薬	●				
		70493	585704935	ZYM B試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●			●	
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用			●		
				血液寒天培地		前培養用					●
API® 20 STREP	>4	20600	585206002	API® 20 STREP	25回	同定試薬	●				
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70491	585704911	NIN試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70494	585704942	ZYM A試薬	8mL×2	添加試薬	●				
		70493	585704935	ZYM B試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用			●		
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●			
		43041	585430414	コロンビア 5%ヒツジ血液寒天培地	20枚	前培養・β溶血性試験用				●	
API® 20 C AUX	2	20210	585202172	API® 20 C AUX	25回	同定試薬	●				
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●			
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用					
API® 20 A	>3	20300	585203070	API® 20 A	25回	同定試薬	●				
		70530	585705307	XYL試薬	5mL×2	添加試薬	●			●	
		70520	585705208	EHR試薬	5mL×1	添加試薬	●				
		70510	585705109	BCP試薬	5mL×1	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
						過酸化水素水				●	
				血液寒天培地					●		
API® CORYNE	>6	20900	585209072	API® CORYNE	12回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70492	585704928	PYZ試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70494	585704942	ZYM A試薬	8mL×2	添加試薬	●				
		70493	585704935	ZYM B試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
						過酸化水素水				●	
		43041	585430414	コロンビア 5%ヒツジ血液寒天培地	20枚	前培養用				●	
API® CAMPY	6	20800	585208006	API® CAMPY	12回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70491	585704911	NIN試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70562	585705628	FB試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用		●			
				血液寒天培地					●		
API® LISTERIA	1	10300	585103073	API® LISTERIA	10回	同定試薬	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用		●			
		43041	585430414	コロンビア 5%ヒツジ血液寒天培地	20枚	前培養・β溶血性試験用				●	
API® NH	4	10400	585104070	API® NH	10回	同定試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		43101	585431015	チョコレートポリバイテックス添加寒天培地	20枚	前培養用				●	
API® ZYM		25200	585252078	API® ZYM	25回	試薬プレート	●				
		70494	585704942	ZYM A試薬	8mL×2	添加試薬	●				
		70493	585704935	ZYM B試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	サンプル調製用		●		●	
API® 50 CH (Bacillus 属と関連菌種)	2	50300	585503071	API® 50 CH	10回	同定試薬	●			●	
		50430	585504306	API® 50 CHB/E 培地	10本	ハシラス用懸濁培地	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用				●	
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用				●	
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●		●	
		20230	585202301	0.85%滅菌生理食塩液 5 ml	5mL×100	菌懸濁用		●		●	
		20100	585201076	API® 20 E	25回	追加試験用同定試薬				●	
		70402	585704027	TDA試薬	5mL×2	追加試験用添加試薬				●	
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	追加試験用添加試薬				●	
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	追加試験用添加試薬				●	
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	追加試験用添加試薬			●		

使用キット	菌液濃度 (McF)	必要試薬 (関連試薬、推奨培地含む)									
		品番	統一商品コード	品名	包装単位	用途	使用必須	同等品使用可能 (サスペンションメディウム =滅菌精製水)	必要に応じて 使用	医薬用外劇物	推奨培地
API® 50 CH (Enterobacteriaceae 科, Vibrionaceae 科)	0.5	50300	585503071	API® 50 CH	10回	同定試薬	●			●	
		50430	585504306	API® 50 CHB/E 培地	10本	バシラス用懸濁培地	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用			●		
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●	●		
		20100	585201076	API® 20 E	25回	必須試験用同定試薬	●			●	
		70402	585704027	TDA試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70422	585704225	VP1+2試薬	5mL×4	添加試薬					●
		20150	585201502	サスペンションメディウム 5 ml	5mL×100	菌懸濁用		●			
20230	585202301	0.85%滅菌生理食塩液 5 ml	5mL×100	菌懸濁用							
API® 50 CH (Lactobacillus 属と 関連菌種)	2	50300	585503071	API® 50 CH	10回	同定試薬	●			●	
		50410	585504108	API® 50 CHL 培地	10本	乳酸菌用懸濁培地	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用			●		
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●	●		
		20150	585201502	サスペンションメディウム 5 ml	5mL×100	菌懸濁用		●	●		
		AEB621757VAF	585631040	MRS寒天培地	200ml×6本	前培養用					●
ID 32 E	0.5	32400	585324072	ID 32 E	25回	同定試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用			●		
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●			
RAPID ID 32 E	0.5	32700	585327004	RAPID ID 32 E	25回	同定試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55635	585556350	オキシダーゼ試薬	0.75mL×50	オキシダーゼ試験用			●		
		20070	585200703	0.85%滅菌生理食塩液 2 ml	2mL×100	菌懸濁用		●			
ID 32 STAPH	0.5	32500	585325004	ID 32 STAPH	25回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70572	585705727	VP A+B試薬	5mL×2	添加試薬				●	
		70562	585705628	FB試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用			●		
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●			
		血液寒天培地		前培養用					●		
RAPID ID 32 STREP	4	32600	585326076	RAPID ID 32 STREP	25回	同定試薬	●				
		70572	585705727	VP A+B試薬	5mL×2	添加試薬				●	
		70562	585705628	FB試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70491	585704911	NIN試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		55561	585555612	IDカラーカタラーゼ	5mL×2	カタラーゼ試験用			●		
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●			
		43041	585430414	コロンビア 5%ヒツジ血液寒天培地	20枚	前培養・β溶血性試験用					●
ID 32 C	2	32200	585322078	ID 32 C	25回	同定試薬	●			●	
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●			
RAPID ID 32 A	4	32300	585323006	RAPID ID 32 A	25回	同定試薬	●				
		70442	585704423	NIT1+2試薬	5mL×4	添加試薬	●				
		70542	585705420	JAMES試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70562	585705628	FB試薬	5mL×2	添加試薬	●				
		70100	585701002	ミネラルオイル	125mL	空気遮断用	●				
		70700	585707004	サスペンションメディウム 2 ml	100本	菌懸濁用		●			
		血液寒天培地		前培養用					●		

消耗品/関連製品	品番	統一商品コード	品名	包装単位	用途
	234-1S	585009467	アピ ビベット(滅菌済)	400本	菌液分注用
	70610	585706106	滅菌綿棒	100本	釣菌および画線塗抹用
	70900	585709008	マクファーランド スタンダード	1セット	6濃度 (0.5, 1, 2, 3, 4, 5 McF)
	99234	585992349	デンシマット	1台	濃度測定用装置
	424275	585010371	アピウェブ ライセンス	1ライセンス	アピウェブへのアクセス用ライセンス